



Rösner-Mautby Meditrade GmbH  
Medipark 1  
83088 Kiefersfelden – Germany  
Telefon: +49 (0)8033/9760-0  
Fax: +49 (0)8033/9760-60  
E-Mail [info@meditrade.de](mailto:info@meditrade.de)  
Internet [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)  
ILN-Nr. 42 500164 0000 4

## DATENBLATT NITRIL NEXTGEN

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

*Nitriluntersuchungshandschuh, blau,  
unsteril, puderfrei, proteinfrei, latexfrei,  
beidhändig passend, mit Rollrand,  
zum Einmalgebrauch*

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

REF	Größe	Länge // Breite (mm)	Wandstärke (mm)
1283XS	XS	mind. 240 mm / 70 mm ± 10 mm	Schaft: 0,050 ± 0,020 Handfläche: 0,060 ± 0,020 Finger: 0,080 ± 0,020
1283S	S	mind. 240 mm / 80 mm ± 10 mm	
1283M	M	mind. 240 mm / 95 mm ± 10 mm	
1283L	L	mind. 240 mm / 110 mm ± 10 mm	
1283XL	XL	mind. 240 mm / 120 mm ± 10 mm	

### INHALTSSTOFFE

Nitrilbutadienkautschuk, Sulfur, Zinkoxid, ZDBC, ZDEC, Antioxidant,  
Farbpigment: blau.

**Frei von:** MBT, Thiuramen und Thioharnstoff (Thiourea).

### VERPACKUNG

Box	Karton	Palette
100 Stück	10 Boxen	60 Karton

### HALTBARKEIT

**5 Jahre** bei produktgerechter Lagerung  
(kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen  
unter 5° Grad und über 35° Grad vermeiden)

**WICHTIGER HINWEIS:** NICHTBEACHTUNG DER INFORMATIONEN, INSBESONDERE ZUR VERWENDUNG, VERTRÄGLICHKEIT UND BESTÄNDIGKEIT KANN ZU PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN. MEDITRADE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR FALSCHEN EINSATZ DER PRODUKTE. ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT ZUM EINMALGEBRAUCH – MATERIALVERÄNDERUNGEN / INFektionsrisiken KÖNNEN BEI MEHRFACHGEBRAUCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. DIE HIER ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSPRECHEN DEM ZEITPUNKT DES LETZTEN ÄNDERUNGSSTANDS. IRRTÜMER, DRUCKFEHLER SOWIE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR. HOLEN SIE IM ZWEIFELSFALL FACHKUNDIGEN RAT EIN. DIE JEWEILS AKTUELLEN PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF UNSERER HOMEPAGE [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

## **PRODUKTBEZOGENE NORMEN**

---

**EN 455** / AQL 1,5

**EN 374** / Ja (wasserfester Handschuh mit geringfügigem Schutz gegen chemische Gefahren)

## **QUALITÄTSZERTIFIKATE**

---

EN ISO 9001:2008

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Medizinprodukt der Klasse I gem. Richtlinie 93/42/EWG

Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung 1935/2004